



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

5730-1/2015.

Iktatószám: KEF-12428-2/2015.  
Tárgy: Hatósági bizonyítvány Atomtörvény  
hatálya alóli mentesség igazolásáról  
Ügyintéző: Babári Netti  
Telefon: +36 1 476 1100/2134 mellék

*Válaszadás esetén a fenti iktatószámra  
hivatkozni sziveskedjék.*

### HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) kérelmére igazolom, hogy az **MTA TTK gyártmányú Credo típusú 001 gyártási számú kisszögű röntgenszórási berendezés**

**mentes az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alól.**

#### Berendezés adatai:

Gyártó:	MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Biológiai Nanokémia Kutatócsoport
Típus:	Credo
Gyári szám:	001
Gyártás éve:	2014
Röntgenső:	Xenocs SA gyártmány, GeniX típus
Csőfeszültség:	max. 50 kV
Csőáram	max. 600 $\mu$ A
Felhasználó:	MTA TTK (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.)

**A mentességi igazolás csak a megjelölt egyedi eszközre vonatkozik.**

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont röntgen-diffraktométerre vonatkozó atomtörvény hatálya alóli mentesítési kérelmet nyújtott be az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, továbbá megfizette az eljárás az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletének VIII.4. pontja szerinti 15.800 Ft igazgatási szolgáltatási díját.

A kérelemhez mellékeltek az OKK OSSKI szakvéleményét.

Az OKK OSSKI 2015. június 29-én kelt. 484-7/2015. számú szakvéleményében az atomtörvény hatálya alóli mentességről szóló hatósági bizonyítvány kiadását támogatta, tekintettel arra, hogy a berendezés felszínén mérhető dózisteljesítmény nem haladja meg a háttérértéknek megfelelő értéket, valamint a mérhető dózisteljesítmény értékek kielégítik *az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről* szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet mentességi követelményeit, a röntgenberendezés alkalmazása az emberi életre és egészségre, valamint a környezetre nem minősül veszélyesnek.

Jelen hatósági bizonyítványt *az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről* szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam ki.

Budapest, 2015. július .. *18* ..

**Dr. Paller Judit**  
mb. országos tisztifőorvos  
nevében kiadmányozza



**Dr. Kovács Márta**  
főosztályvezető

**A hatósági bizonyítványt kapják:**

1. MTA Természettudományi Kutatóközpont (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.)
2. OSSKI (1775 Budapest, Pf. 101.)
3. Irattár